

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

PCMG/P-26/2018

Grójec, dn. 14.05.2018r.

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

**Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
                  nieograniczonego PCMG/P-26/2018**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

**Pytanie 1:** Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a o długości 240mm dla rozmiarów 6F – 10F oraz długości 380mm dla rozmiarów 12F – 24F?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w kwestii długości cewników na minimum 24 cm.

**Pytanie 2:** Część nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona o długości 40cm, pakowane pojedynczo: folia-papier?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytania 3:** Część nr 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemanna dostępne w rozmiarach 8F – 24F (co 2), pakowane pojedynczo: folia-papier?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 4:** Część nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający używając zapisu: „...system zamknięty...”, ma na myśli worek z portem do pobierania próbek moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie używa tego zwrotu w opisie danej pozycji. Pytanie bezzasadne.

**Pytanie 5:** Część nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500ml, skalowaną co 1ml w zakresie 3ml – 40ml, co 5ml w zakresie 40ml – 100ml i co 10ml w zakresie 100ml – 500ml?

Sporządził: Hubert Wasila

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:secretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytanie 6:** Część nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści worek mikcyjny o pojemności 1500ml?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytanie 7:** Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe o długości 105cm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytanie 8:** Część nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sondy do żywienia noworodków w rozmiarach CH 4, 5, 6, 8?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytanie 9:** Część nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sondy do żywienia noworodków o długości 50cm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytanie 10:** Część nr 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z kontrolą siły ssania o długości 210cm?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytanie 11:** Część nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Redona dostępny w rozmiarach CH 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21 i 24?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytanie 12:** Część nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści dren Redona wykonany z PCV, dostępny w rozmiarach CH 6 – 18 (co 2)?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytania 13:** Część nr 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren brzuszny dostępny w rozmiarach CH 24, 26, 27, 30, 33, 36  
W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ od dnia 13 maja 2018 roku obowiązuje SIWZ oraz Załączniki do SIWZ po zmianach w dniu 13 maja 2018 roku.

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w ty zakresie.

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający w części 6 - cewniki do dializ I dopuści w :

Sporządził: Hubert Wasila

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

- w pozycji 1 cewnik czasowy dwukanałowy poliuretanowy, pozostałe 12Fr dł. 16 cm, 20 cm, 25 cm.  
Skład zestawu:cewnik poliuretanowy, kanały 12,,12 Ga , konstrukcja G, prowadnica, znaczniki głębokości, introduktory 2X 18 Ga, strzykawka Raulerson, skalpel, obłożenie, rozszerzadło.

Cewnik poliuretanowy nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przezroczystymi skrzydełkami mocującymi;

**Odpowiedź:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał parametry minimalne jakie musi posiadać oferowany produkt. Jeżeli oferowany produkt posiada dodatkowe cech, których Zamawiający nie opisywał, znaczy że nie są one istotne dla Zamawiającego. Zamawiający nie odzuci oferty ale nie będzie jej dodatkowo punktował.

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający w części 6 - cewniki do dializ I dopuści w :

- w pozycji 2 cewnik czasowy z ramionami prostymi , trójkanałowy, końcówki z PCV z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach.

Rozmiary:

12Fr dł. 16 cm, 20 cm, 25 cm.

Skład zestawu: cewnik poliuretanowy, kanały 12,16,12 Ga, konstrukcja G, prowadnica, znaczniki głębokości, introduktory 2X 18 Ga, strzykawka Raulerson, skalpel, obłożenie, rozszerzadło.

Cewnik poliuretanowy nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przezroczystymi skrzydełkami mocującymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał parametry minimalne jakie musi posiadać oferowany produkt. Jeżeli oferowany produkt posiada dodatkowe cech, których Zamawiający nie opisywał, znaczy że nie są one istotne dla Zamawiającego. Zamawiający nie odzuci oferty ale nie będzie jej dodatkowo punktował.

**Pytanie 16:** Czy zamawiający w części 9 cewniki do dializ dopuści Cewnik naczyniowy permanentny firmy Arrow zestaw zakładany metodą Retrograde wstecznej tunelizacji , kształt cewnika w V zapobiegający recyrkulacji, ramiona z PCV nie załamujące się, końcówki nadrukiem objętości wypełnienia

Rozmiary: Fr 15cm, dł. do mufki (od 24cm, 28cm, 32cm, 36 cm, 55cm)

W skład każdego zestawu zawierającego cewnik permanentny wchodzi:

Jeden: cewnik wykonany z CARBOTHANU, 15 Fr/10,10 Ga, [odporny na alkoholowe środki dezynfekujące]

Jeden: zestaw introduktor/rozszerzadło 16 Fr

Jedna: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie z Arrow Advancer'em

Jedna: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]

Sporządził: Hubert Wasila

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Jeden: wstępnie zamontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym

Jeden: zespół rozgałęziacza

Dwa: koreczki Luer-Lock

Jedno: rozszerzadło tunelizacyjne

Jedno: rozszerzało tkankowe 12 Fr

Jedno: rozszerzało tkankowe 14 Fr

Jeden: mankiet uszczelniający

Jeden: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek

Jeden: zacisk cewnika

Jeden: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm

Jeden: skalpel wysuwany

Jeden: pojemnik na igły [Sharps Away]

**Odpowiedź:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał parametry minimalne jakie musi posiadać oferowany produkt. Jeżeli oferowany produkt posiada dodatkowe cech, których Zamawiający nie opisywał, znaczy że nie są one istotne dla Zamawiającego. Zamawiający nie odzuci oferty ale nie będzie jej dodatkowo punktował.

### **Pytanie 17:** Część 1Poz.1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley, tak jak obecnie stosowane, o dł. min.27cm dla rozmiarów 6,8 i 10ch oraz długości min.40cm dla rozmiarów od 12-24ch (co 2,0). Nadmieniamy, iż cewniki w rozmiarach pediatrycznych (6,8 i 10ch) są standardowo krótsze niż produkty do cewnikowania osób dorosłych.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki pediatryczne w rozm. 6,8 i 10ch mają być wyposażone w prowadnicę ułatwiająca zakładanie.

3.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki foley w rozm.12-24ch, tak jak obecnie stosowane, na wejściu cewnika poniżej plastikowej zastawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną: nazwa producenta , rozmiar cewnika i pojemność balonu?

**Odpowiedź:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał parametry minimalne jakie musi posiadać oferowany produkt. Jeżeli oferowany produkt posiada dodatkowe cech, których Zamawiający nie opisywał, znaczy że nie są one istotne dla Zamawiającego. Zamawiający nie odzuci oferty ale nie będzie jej dodatkowo punktował. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w kwestii długości cewników na minimum 24 cm. Zamawiający nie może szczegółowo doprecyzować opisu przedmiotu zamówienia w sposób jaki oczekuje Wykonawcy gdyż doprowadziło by to do znacznego ograniczenia konkurencji.

### **Pytanie 18:** Część 1 Poz.4:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki tiemann w rozm.8-20ch mają posiadać dodatkowy wskaźnik na

Sporządził: Hubert Wasila

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

konektorze położenia końcówki cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie w trakcie procedury cewnikowania ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia takiego wymagania w SIWZ.

### **Pytanie 19:** Część 2 Poz.1:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być sterylizowane radiacyjnie, tak jak obecnie stosowane?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy oczka drenujące boczne w cewniku pezzera, tak jak w ocenie stosowanych produktach, mają się cechować średnicą nie większą niż 5mm?

3. Prosimy o sprecyzowanie czy oczka drenujące boczne w cewniku pezzera, tak jak w ocenie stosowanych produktach, mają się cechować zaoblonym kształtem?

**Odpowiedź:** Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia opisał parametry minimalne jakie musi posiadać oferowany produkt. Zamawiający wymaga produktu sterylizowanego, sposób sterylizacji jest nieistotny. Jeżeli oferowany produkt posiada dodatkowe cechy, których Zamawiający nie opisywał, znaczy że nie są one istotne dla Zamawiającego. Zamawiający nie odzuci oferty ale nie będzie jej dodatkowo punktował. Zamawiający nie może szczegółowo doprecyzować opisu przedmiotu zamówienia w sposób jaki oczekuje Wykonawcy gdyż doprowadziło by to do znacznego ograniczenia konkurencji.

### **Pytanie 19:** Część 2 Poz.2:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika dufour trójdrożnego, tak jak obecnie stosowane, bez przewodnicy z balonem 50ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Nadmieniamy, iż standardowo cewniki dufour zakładane są bez konieczności użycia przewodnicy.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki dufour, tak jak obecnie stosowane, mają być wykonane z półtwardego silikonowanego lateksu?

3. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki dufour mają posiadać balon min. 50ml oraz być wykonane z silikonu pokrytego hydrożelem, co ułatwia ich aplikację?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby oferowany produkt spełniał wymagania minimalne opisane w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt posiada dodatkowe cechy, których Zamawiający nie opisywał, znaczy że nie są one istotne dla Zamawiającego. Zamawiający nie może szczegółowo doprecyzować opisu przedmiotu zamówienia w sposób jaki oczekuje Wykonawcy gdyż doprowadziło by to do znacznego ograniczenia konkurencji.

**Pytanie 20:** Poz. 1i 2: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają pochodzić od jednego producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga tego w SIWZ.

### **Pytanie 21:** Część 3 Poz. 2:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy worek do dobowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma być

Sporządził: Hubert Wasila

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

wyposażony w port do pobierania próbek moczu z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

2. Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma posiadać podwójny zgrzew gwarantujący jego szczelność?

3. Prosimy o sprecyzowanie czy worek ma posiadać białą tylną ściankę, co pozwala na ocenę barwy gromadzonego moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby oferowany produkt spełniał wymagania minimalne opisane w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt posiada dodatkowe cech, których Zamawiający nie opisywał, znaczy że nie są one istotne dla Zamawiającego. Zamawiający nie może szczegółowo doprecyzować opisu przedmiotu zamówienia w sposób jaki oczekuje Wykonawcy gdyż doprowadziło by to do znacznego ograniczenia konkurencji.

### **Pytanie 22:** Część 3 Poz. 3:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma być wyposażony w przezroczyste okienko podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby worki do godzinowej zbiórki moczu w celu łatwości mocowania posiadały minimum 3 niezależne sposoby podwieszania?

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zestaw, tak jak obecnie stosowane, ma być wyposażony w skalę linearną ułatwiającą dokonanie precyzyjnego pomiaru gromadzonego moczu?

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do komory pomiarowej, tak jak w obecnie stosowanym produkcie, ma posiadać spiralę antyzałamaniową co zabezpiecza przed załamaniem drenu i ryzykiem zalegania moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby oferowany produkt spełniał wymagania minimalne opisane w SIWZ. Jeżeli oferowany produkt posiada dodatkowe cech, których Zamawiający nie opisywał, znaczy że nie są one istotne dla Zamawiającego. Zamawiający nie może szczegółowo doprecyzować opisu przedmiotu zamówienia w sposób jaki oczekuje Wykonawcy gdyż doprowadziło by to do znacznego ograniczenia konkurencji.

### **Pytanie 21:** Część 3 Poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani worka mikcyjnego, tak jak obecnie stosowane, o pojemności 1500ml, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

**Marzena Barwicka**

Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

podpis osoby upoważnionej

Sporządził: Hubert Wasila