



**Legenda:**  
 Optyczno-magistralny system przywoławczy  
 Mediot Care, Schima Sp. z o.o.

-  Centrala systemowa nr art. 735000, montaż 1,6 - 1,8m
-  Modul z lampą sygnalizacyjną 3 kolory, nr art. 735040, montaż 2,2m
-  Przycisk przywoławczy sznurkowy, nr art. 735100 + płytka art. 735100 + ramka art. 204104, montaż 2,2m
-  Centrala oddziałowa, nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN Wymiar: 6 jednostek szerokości
-  Gniazdo z przyciskiem przyw. i manipulatorem z funkcją sterowania ośw. nocnym i miejscowym, nr art. 735124+ramka art. 204104 +manipulator art. 733500
-  Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W, 10A, montaż na szynie DIN Wymiar: 8 jednostek szerokości
-  Przycisk przywoławczy-odwoławczy, nr art. 735070 + płytka art.735824, + ramka art.204104 - montaż 1,2 - 1,3m

<b>BSIPSZ</b> BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA	
tel.: 71 355 73 66 • fax: 71 355 74 31 • e-mail: poczta@bsipsz.pl • www.bsipsz.pl	
jednostka projektowa: BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. pl. Solidarności 1/35 : 53-661 Wrocław	
inwestor: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O. ul. Ks. Piotra Skargi 10 : 05-600 Grójec	
temat: BUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z WYPOSAŻENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ŁAWOWISKA DLA ŚMIĘGIOWCÓW/RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	nr uprawnień:      podpisy:
elektryka:      mgr inż. Leszek Tamogrodzki	OPR.02/10/PWIC/07
projektant:      uprawnienia w specjal. elektrycznej bez ograniczeń	
opracowanie:	
temat rysunku:      INSTALACJA PRZYWOŁAWCY PARTER	stan:      PROJEKT WYKONAWCZY
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Z IZBA PRZYJĘĆ	branża:      ELEKTRYKA
	data:      02.2017
	skala:      1:100
	rysunek:      E-30