

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

e-mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

PCMG/P-53/2018

Grójec, 21.11.2018r.

**ZAWIADOMIENIE**

- I. o wyborze najkorzystniejszej oferty
- II. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- III. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
- IV. o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na zakup, dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zamawiający – Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm) zawiadamia, że w powyższym postępowaniu:

**I. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w następujących częściach przez n/w firmy:**

**Część nr 1 – Monitory modułowe z centralą monitorującą**

Wybór oferty nr 3 - **Biameditek Sp. z o.o.**, ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

Cena oferty: 166 104,00zł brutto

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin płatności: 30dni

Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą ilość punktów, tj.:

1. Oferta nr 3 - **Biameditek Sp. z o.o.**, ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena” /95%/: 95pkt.

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „Okres gwarancji” /5%/: 5pkt.

Punktacja razem: 100pkt.

**Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii**

Wybór oferty nr 3 - **Biameditek Sp. z o.o.**, ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

Cena oferty: 65 880,00zł brutto

Okres gwarancji: 48 miesięcy

Termin płatności: 30dni

Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą ilość punktów, tj.:

1. Oferta nr 3 - **Biameditek Sp. z o.o.**, ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena” /95%/: 95pkt.

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „Okres gwarancji” /5%/: 5pkt.

Punktacja razem: 100pkt.

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

e-mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

**Część nr 3 - Respiratory**

Wybór oferty nr 5 – **Medtronic Poland Sp. z o.o.**, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Cena oferty: 343 440,00zł brutto

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin płatności: 30dni

Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą ilość punktów, tj.:

1. Oferta nr 5 – **Medtronic Poland Sp. z o.o.**, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena” /95%/: 95pkt.

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „Okres gwarancji”/5%/: 5pkt.

Punktacja razem: 100pkt.

**Część nr 4 - Monitor rzutu serca**

Wybór oferty nr 1 - **EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Cena oferty: 70 200,00zł brutto

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin płatności: 30dni

Uzasadnienie: Oferta uzyskała największą ilość punktów, tj.:

1. Oferta nr 1 - **EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena” /95%/: 95pkt.

- Punktacja przyznana w kryterium oceny „Okres gwarancji”/5%/: 5pkt.

Punktacja razem: 100pkt.

**Zamawiający poniżej przedstawia wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:**

**Oferta nr 1:**

**EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

- Cena oferty dla części nr 4 - 70 200,00zł brutto

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin płatności: 30 dni

**Oferta nr 2:**

**EMTEL Śliwa Sp. k.**, ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

- Cena oferty dla części nr 1 - 129 988,80zł brutto

Okres gwarancji: 50 miesięcy

Termin płatności: 30 dni

**Oferta nr 3:**

**Biameditek Sp. z o.o.**, ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

- Cena oferty dla części nr 1 – 166 104,00zł brutto

- Cena oferty dla części nr 2 – 65 880,00zł brutto

- Cena oferty dla części nr 3 – 313 200,00zł brutto

Okres gwarancji dla Części nr 1 – 36 miesięcy

Okres gwarancji dla części nr 2 – 48 miesięcy

Okres gwarancji dla części nr 3 – 48 miesięcy

Termin płatności: 30dni

## Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

e-mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

### Oferta nr 4:

**EKOMARK Sp. z o.o.**, ul. Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa

- Cena oferty dla części nr 3 – 266 144,40zł brutto

Okres gwarancji: 72 miesiące

Termin płatności: 30dni

### Oferta nr 5:

**Medtronic Poland Sp. z o.o.**, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

- Cena oferty dla części nr 3 – 343 440,00zł brutto

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin płatności: 30dni

## II. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę nr 2 dla Części nr 1 - Monitory modułowe z centralą monitorującą, firmy **EMTEL Śliwa Sp. k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze** z art. 89 ust.1 pkt.2:

W zakresie Monitora modułowego

pkt. 2: „Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1280x1024 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160°). Ekran wyposażony w funkcję automatycznego dostosowywania jasności wyświetlania do natężenia oświetlenia zewnętrznego.” – brak dokładnego wskazania wartości kąta widzenia.

pkt. 8: „Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG.” - brak wskazanej ilości kanałów inwazyjnego ciśnienia; pkt. 13: „Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF” - wg informacji z zawartych w parametrach technicznych oferowanego kardiomonitora FX 3000MD analiza arytmii w wersji rozszerzonej posiada możliwość analizy w 20 kategoriach a nie jak wymagał Zamawiający wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń.; pkt. 27: „Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania” - brak wskazanego zakresu (ilości poziomów) ustawienia głośności alarmu; STACJA CENTRALNEGO NADZORU pkt. 6: „Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 96 godzin. - Wykonawca oferuje pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - TYLKO trendów.

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty dwóch Wykonawców (oferta nr 3 oraz oferta nr 4) dla Części nr 3 – Respiratory,

**Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok**

PARAMETRY REGULOWANE pkt. 3 specyfikacji technicznej: „Przepływ wdechowy minimalny zakres 3-160 l/min.” - Wykonawca oferuje zakres 6-180l/min. – Oferta nie spełnia wymagań minimalnych;

POZOSTAŁE – video laryngoskop Pkt. 7 specyfikacji technicznej Jednorazowe łyżki sterylne. Rozmiary 1, 2, 3, 4 lub 2,3,4. Brak spełnienia wymogu SIWZ pkt. 7.6.2 b) w zakresie uzupełnienia dokumentacji dla części 3, gdzie wymaganym urządzeniem do każdego respiratora jest videolaryngoskop: „opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone przez Wykonawcę, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.”

**EKOMARK Sp. z o.o., ul. Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa**

Specyfikacja techniczna - POZOSTAŁE – video laryngoskop. Brak dokumentacji oraz dokładniej informacji w zakresie parametrów oferowanego do każdego z respiratorów produktu –

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

e-mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

videolaryngoskopu . Brak informacji w zakresie nazwy oraz szczegółowych parametrów technicznych wymaganego urządzenia.; Pkt. 2: „Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 2,4 ”, z maksymalnym kątem widzenia nie mniejszym niż 155°” - brak wskazanego maksymalnego kąta widzenia; Pkt. 3: „Zapewniający min. 80 minut pracy urządzenia.”- brak informacji w zakresie czasu pracy urządzenia; Pkt.8: „Waga videolaryngoskopu 200-250g.” - brak informacji w zakresie wagi video laryngoskopu.

**III. o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania**

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.

**IV. o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta**

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawno Zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) dla:

- Część nr 1 – Monitory modułowe z centralą monitorującą
- Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii
- Część nr 3 – Respiratory
- Część nr 4 - Monitor rzutu serca

umowa może zostać zawarta dnia następnego po dniu przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prezes Zarządu  
Powiatowego Centrum Medycznego  
w Grójcu Sp. z o.o.

*Marzena Barwicka*  
mgr Marzena Barwicka

.....  
Podpis Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

e-mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Sporządziła: Iwona Grzeszczyk

Pismo otrzymują:

- a/a

- **EDWARDS LIFESCIENCES POLAND Sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

e-mail: [przetargi@edwards.com](mailto:przetargi@edwards.com)

- **EMTEL Śliwa Sp. k.**, ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

e-mail: [medical@emtel.com.pl](mailto:medical@emtel.com.pl)

- **Biameditek Sp. z o.o.**, ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

e-mail: [przetargi@biameditek.pl](mailto:przetargi@biameditek.pl)

- **EKOMARK Sp. z o.o.**, ul. Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa

e-mail: [ekomark@ekomark.pl](mailto:ekomark@ekomark.pl)

- **Medtronic Poland Sp. z o.o.**, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

e-mail: [rs.wawtenders@medtronic.com](mailto:rs.wawtenders@medtronic.com)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro **na zakup, dostawę i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. PCMG/P-53/2018**

Proszę o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty

na adres poczty elektronicznej: .....

lub pod nr fax: .....

dn. ....

ilość stron .....

nazwa firmy i czytelny podpis osoby upoważnionej:

