

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

PCMG/ZO-02/2019

Grójec, dnia 24.01.2019r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania w procedurze uproszczonej prowadzonej bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych **na zakup i dostawę elektrod neutralnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

**Pytanie 1 - Dotyczy pozycji 1:**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, o powierzchni aktywnej 103cm<sup>2</sup>. Podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki. Skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejaniu się. Klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry. Elektroda dla dzieci powyżej 5kg i dorosłych. Elektrody posiadające uniwersalne złącze kompatybilne ze wszystkimi aparatami elektrochirurgicznymi dopuszczonymi do użytkowania UE?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 - Dotyczy pozycji 2:**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z przełącznikiem, elektrodą i kablem, z dwoma przyciskami, o długości 160mm, do elektrod z trzonkiem o średnicy 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o długości 4m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do min. 400 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza i zmienia opis przedmiotu zamówienia.

Treść przed zmianą:

„długości 145mm, do elektrod z trzonkiem o średnicy 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o długości 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji.”

Treść po zmianie:

„długości 145-160mm, do elektrod z trzonkiem o średnicy 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o długości 4-4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji.”

**Pytanie 3 - Punkt 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby powierzchnia elektrody wynosiła min. 110cm<sup>2</sup> i w tym zakresie zmienia

Sporządziła: Iwona Grzeszczyk

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.**

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

[www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)

opis. Zamawiający wymaga aby powierzchnia wynosiła min. 110cm<sup>2</sup>.

Treść przed zmianą: powierzchnia 110cm<sup>2</sup>

Treść po zmianie: powierzchnia min. 110cm<sup>2</sup>

Zamawiający wymaga, aby elektrody posiadały uniwersalne złącze kompatybilne ze wszystkimi aparatami elektrochirurgicznymi dopuszczonymi do użytkowania UE (czego Wykonawca w pytaniu dotyczącym oferowanego produktu nie zawarł). Zamawiający dopuszcza opakowania po 50szt. Zamawiający nie określił wielkości opakowania. Wymaga, aby ilość ogólna asortymentu w danej pozycji nie była mniejsza niż określona przez Zamawiającego.

**Pytanie 4 - Punkt 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrod monopolarnych o długości 155mm, z dwoma przyciskami, elektrodą monopolarną i kablem o długości 5m, z trzonkiem o średnicy 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, przeznaczone do min. 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Prezes Zarządu  
Powiatowego Centrum Medycznego  
w Grójcu Sp. z o.o.

*Joanna Czamecka*  
Joanna Czamecka