

PCMG/ZO-14/2021

Grójec, dnia 20.08.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) **na zakup i dostawę łóżka wielopozycyjnego sterowanego pilotem do wyposażenia Oddziału Neurologicznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

W związku z wpłynięciem pytań do w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści łóżko bez zewnętrznej ramy co jest wygodniejsze dla pacjenta przy wchodzeniu i schodzeniu z łóżka ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści łóżko bez listew odbojowych na barierkach ? Rolę ochronną łóżka spełniają krążki odbojowe, które są na wyposażeniu łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pkt. 9 i 10 dopuści leże wykonane w części pleców z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG oraz metalowych lameli montowanych na stałe w pozostałych częściach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pkt. 9 i 10 dopuści leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe ? Po kilka lameli w każdym segmencie leża.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pkt. 9 i 10 dopuści leże wykonane w segmencie oparcia pleców z tworzywa HPL przeziernego dla RTG oraz w pozostałych segmentach z metalowych lameli montowanych na stałe ? Po kilka lameli w każdym segmencie leża.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczyty łóżka wykonane z rury stalowej wypełnionej płytą HPL dostępną w 12 kolorach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 8

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania łóżko wypełnione płytami wykonanymi z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 9

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania łóżko wypełnione płytami wykonanymi z polipropylenu przezierną, odporną na działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych oraz promieni rtg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez tworzywowej osłony podwozia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające uchwyty do montażu worków na płyny fizjologiczne montowane w 4pkt leżą po 2 każdą stronę w części środkowej- proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające możliwość wyboru 12 kolorów wypełnień szczytów oraz 2 kolory elementów metalowych (biały lub szary), których lakier proszkowy w obu kolorach posiada stosowane badania potwierdzające, że nie wywołuje zmian nowotworowych, co przy kilkunastoletnim użytkowaniu łóżek ma znaczący wpływ na zdrowie przebywającego na oddziale personelu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Pytanie 13

Pozycja 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o szerokości całkowitej z barierkami 990 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Pozycja 6.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z barierkami cztero sekcijnymi, dzielonymi, tworzywowymi, wyższej klasy, bez konieczności stosowania elastycznych listew odbojowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 15

Pozycja 9.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z leżem czterosegmentowym, w tym trzy ruchome: segment oparcia pleców, segment uda i segment podudzia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 16

Pozycja 10.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z platformą leża wykonaną z ABS, łatwej do wyjęcia, czyszczenia i dezynfekcji, z okrągłymi krawędziami i zintegrowanymi ogranicznikami materaca, bez przezierności leża.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Punkt 19.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z kołami o średnicy 125 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Punkt 23.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z barierkami cztero sekcijnymi, dzielonymi, tworzywowymi, wyższej klasy, chroniące pacjenta na całej długości, o wysokości 41 cm, spełniające unijne wymogi bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00


E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Pytanie 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z wypełnieniem szczytów w kolorze zielonym oraz ramą łóżka w kolorze białym.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Sporządziła: Aleksandra Kądziela

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązujących terminach składania i otwarcia ofert.

- składanie ofert: 25.08.2021r. godz.11:00,

- otwarcie ofert: 25.08.2021r. godz.11:30.

2 up
Naczelną Pielęgniarką
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

Mirosława Kochaniak

Prezes Zarządu

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546

