

Grójec, 11.10.2021r.

## Zakup, dostawa i uruchomienie defibrylatorów z wyposażeniem

W związku z wpłynięciem pytań do ww. postępowania Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowane przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego” udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Dotyczy pozycji 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z pamięcią 100 ostatnich zdarzeń defibrylatora.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

### **Pytanie nr 2**

Dotyczy pozycji 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z zapamiętywaniem w pamięci defibrylatora fali EKG oraz fali SpO2 z ostatnich 4 godzin monitorowania.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy pozycji 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z kablem pacjenta 5- żyłowym umożliwiającym obserwację do 7 odprowadzeń jednocześnie (I, II, III, aVI, aVf, V).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pozycji 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia - zakres pomiaru: 20 - 250 mmHg, czas repetycji pomiaru 1 - 60 min.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy pozycji 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z automatycznymi testami podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. Testy możliwe do wykonania w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V. Obecnie opisany przez Zamawiającego wymóg nie jest miarodajny, ponieważ testy urządzenia bez udziału użytkownika, zaprogramowane o danej dają informację o sprawności urządzenia jedynie w godzinie przeprowadzania testu (np. urządzenie przeprowadzające test o godzinie 10, nie da nam gwarancji sprawności o godzinie 11). W proponowanym przez nas urządzeniu testy przeprowadzane są przy każdym włączeniu defibrylatora, a zatem w każdej sytuacji, gdy urządzenie ma zostać wykorzystane.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy pozycji 22**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wadze 8,15 kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Prezes Zarządu  
Powiatowego Centrum Medycznego  
w Grójcu Sp. z o.o.  
  
Joanna Czarnecka