

Grójec, 28.10.2021r.

**Zakup, dostawa i uruchomienie automatycznych urządzeń
do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji**

W związku z wpłynięciem pytań do ww. postępowania Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowane przez Joannę Czarnecką, Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą nr 1484/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego” udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

dotyczy punktu

„Bezprzewodowa (przez sieć WIFI) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie które zamiast przysyłać informacje o parametrach prowadzonej resuscytacji za pomocą bezprzewodowej transmisji danych (bluetooth) pozwała na informowania o jakości prowadzonej resuscytacji za pomocą sygnałów alarmowych oraz świetlnych generowanych przez urządzenie, przy jednoczesnej możliwości archiwizacji powyższych danych za pomocą karty SD.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 2

dotyczy punktu

„Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnień klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnień na minutę.”

Czy zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru po przez system pozwalający na modyfikację wspomnianych parametrów bez konieczności stosowania dotykowego narzędzia (urządzenia obsługującego technologię WIFI- tablet, telefon, komputer itp.)? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na modyfikację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów kompresji klatki piersiowej- tryb pracy urządzenia, głębokość kompresji, częstotliwość kompresji bez konieczności stosowania dotykowych urządzeń- co wydaje się szczególnie istotne w dobie pandemii COVID- 19. Oferowane przez nas rozwiązanie oferuje ten sam efekt przy braku konieczności stosowanie dodatkowych urządzeń, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ich a tym samo zmniejszając pośrednie koszty eksploatacji urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 3

dotyczy punktu

„Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiającą dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA.”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru po przez system pozwalający na modyfikację wspomnianych parametrów bez konieczności stosowania dotykowego narzędzia (urządzenia obsługującego technologię WIFI- tablet, telefon, komputer itp.)? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na modyfikację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów kompresji klatki piersiowej- tryb pracy urządzenia, głębokość kompresji, częstotliwość kompresji, czas przerwy na wentylację bez konieczności stosowania dotykowych urządzeń- co wydaje się szczególnie istotne w dobie pandemii COVID- 19. Oferowane przez nas rozwiązanie oferuje ten sam efekt przy braku konieczności stosowanie dodatkowych urządzeń, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ich a tym samo zmniejszając pośrednie koszty eksploatacji urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 4

dotyczy punktu

„Zdalna konfiguracja(przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru po przez system pozwalający na modyfikację wspomnianych parametrów bez konieczności stosowania dotykowego narzędzia (urządzenia obsługującego technologię WIFI- tablet, telefon, komputer itp.)? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na modyfikację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów kompresji klatki piersiowej- tryb pracy urządzenia, głębokość kompresji, częstotliwość kompresji, czas przerwy na wentylację bez konieczności stosowania dotykowych urządzeń- co wydaje się szczególnie istotne w dobie pandemii COVID- 19. Oferowane przez nas rozwiązanie oferuje ten sam efekt przy braku konieczności stosowanie dodatkowych urządzeń, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ich a tym samo zmniejszając pośrednie koszty eksploatacji urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 5

dotyczy punktu

„Wypożyczenie aparatu:

- a. Torba/plecak przenośny
- b. deska pod plecy pacjenta
- c. podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta
- d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia
- e. akumulator
- f. 2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie które z racji na swoją konstrukcję nie wymaga podkładki stabilizującej pod głowę, pasów do mocowania rąk pacjenta do urządzenia.

Proponowane przez nas rozwiązanie nie wymaga użycia podkładki stabilizującej pod głowę która podczas użycia u pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa odcinka szyjnego może stanowić dodatkowy element przyczyniający się do urazów wtórnych. Stosowanie pasów które pozwalają na mocowanie rąk do urządzenia pozbawia medyków jednej z dróg podawania leków oraz płynów- zgięcie rąk w łokciu powoduje zamknięcie naczyń znajdujących się w dole łokciowym.

Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia wszystkie opisane przez zamawiającego funkcjonalności, bez konieczności generowania dodatkowych kosztów w postaci podkładki mocującej pod głowę oraz pasa do mocowania rąk do urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 6

Dotyczy punktu

„Wypożyczenie aparatu:

- a. Torba/plecak przenośny
- b. deska pod plecy pacjenta
- c. podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta
- d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia
- e. akumulator
- f. 2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok”

Czy Zamawiający z racji użytkowania urządzenia w Centrum medycznym, gdzie może wystąpić potrzeba wykonania diagnostyki obrazowej przy użyciu technologii RTG, Zamawiający będzie wymagał płyty mocowanej pod plecy pacjenta przeziernej dla promieni RTG? Powyższe rozwiązanie jest elementem stosowanym przez wiele firm w przypadku oferowania urządzeń do szpitali.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na zwiększenie możliwości wykorzystania urządzenia w Państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7

dotyczy punktów

„Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnień klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnień na minutę.”; „ Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnień klatki piersiowej, umożliwiającą dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA.”; „Zdalna konfiguracja(przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund”

Czy w związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji konfiguracji opisanych parametrów zamawiający oczekuje możliwość ich modyfikacji w trakcie trwania terapii bez jej przerywania?


Przerywanie terapii będzie skutkowało konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjenta (włączając to ryzyko śmierci).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy oferowanych urządzeń do kompresji klatki piersiowej do 15 grudnia 2021 roku.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

Joanna Czarnecka