

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

PCMG/ZO-23/2021

Grójec, dnia 05.11.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) **na zakup i dostawę łóżka wielopozycyjnego sterowanego pilotem oraz stołu rehabilitacyjnego elektrycznego do wyposażenia Oddziału Neurologicznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

W związku z wpłynięciem pytań do w/w postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Część nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści obciążenie do 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Część nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści regulację 50 – 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Część nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści zakres regulacji oparcia: od 0° do 50°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Część nr 2

Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści ścieralność na poziomie 40 000 cykli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5

Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji stołu w zakresie 50-90cm, zagłówek 0-50 stopni, udźwig 200 kg, odporność na ścieranie 40 tyś. cykli. Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Pytanie 6

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami tworzywowymi wykonanymi z polipropylenu, bez wyjmowanego wypełnienia, gdyż szczyt stanowi jednolity odlew z kolorową wkładką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną funkcją CPR oparcia pleców oznaczoną kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia, która jest elementem zbędnym w proponowanym łóżku – wszelkie sterowniki, okablowanie umieszczone jest bezpośrednio pod leżem lub ukryte jest w profilach stanowiących konstrukcję?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 9

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z powierzchniami lakierowanymi proszkowo w kolorze białym oraz kolorową wkładką w szczytach i barierkach bocznych w kolorze szarym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Część nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania polskiej produkcji stół do terapii Bobath z zagłówkiem regulowanym sprężyną gazową w zakresie : 0/+85 stopni (bez wycięcia) oraz z maksymalnym obciążeniem statycznym 305kg i dynamicznym 200kg, elektryczną regulacją wysokości w zakresie : 50-99cm?


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązujących terminach składania i otwarcia ofert.

- składanie ofert: 10.11.2021r. godz.10:00,

- otwarcie ofert: 10.11.2021r. godz.10:30.

Przesz Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.



Joanna Górnicka
Prezes Zarządu

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.

Sporządziła: Aleksandra Kądziała

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec

Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.

Nr KRS: 0000351118, NIP 797-201-92-61, REGON: 142203546